

ALLEGATO XLVII

SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
Luogo di lavoro	2	3	4
1. il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	NO	Raccomandato	SI
IMPIANTI			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se nel Caso	SI, In caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
ATTREZZATURE			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un Sistema di filtrazione HEPA (1) o simile	No	SI, Per l'aria in entrata e in uscita.	Si, Per l'aria in uscita.
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire.	Si, per Bancone e Pavimento	Si, per bancone e pavimento e alter superfici determinate nella valutazione del rischio.	Si, Per bancone, pareti, pavimento e soffitto.
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto ad una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solvent e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
SISTEMA DI FUNZIONAMENTO			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori ed insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	SI	SI
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	SI	SI	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato

RIFIUTI			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	NO	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	SI

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso un'area filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti";